



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα
ΤΗΛ : 210-6834569

Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα
Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μαρούσι, 21/04/2026
Αρ.Πρωτ.:209/28338

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια Σταθερού Απινιδωτή με δυνατότητα Χειροκίνητης και Αυτόματης Ρύθμισης για το Ιατρείο του ΕΚΑΕ του ΟΑΚΑ 'Σπύρος Λούης'», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 6.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας. (εισηγ.209/28338).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με απόφαση της 16^{ης}/26-02-2026 Θέμα 3.1 συνεδρίασης του Δ.Σ, προσκαλεί τους παραπάνω Οικ. Φορείς, να καταθέσουν ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια Σταθερού Απινιδωτή με δυνατότητα Χειροκίνητης και Αυτόματης Ρύθμισης για το Ιατρείο του ΕΚΑΕ του ΟΑΚΑ 'Σπύρος Λούης'» σύμφωνα με:

- Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Την **Κ.Υ.Α. 52445/2023** με την οποία ορίζεται η υποχρέωση για τους προμηθευτές να εκδώσουν και να διαβιβάσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συμβάσεις που θα συνάψουν και θα εκτελεστούν με τη διαδικασία των διαγωνισμών του δημοσίου μετά την 1/6/2024.
- Το υπηρεσιακό σημείωμα **209/28338** του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας του ΟΑΚΑ.
- Τον **ΑΔΑ 00ΑΙΤ0000398/ΡΒ53469Η3Π-027** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Απινιδωτής – μηχανήμα ανάνηψης διφασικής τεχνολογίας με δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης joules από 10 έως και 360 για χρήση σε ενήλικες και παιδιά με αντίστοιχα ηλεκτρόδια αυτόματης απινίδωσης, που τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα (μια απλή υποδοχή τοποθέτησης αλλά ασφαλής και με ένδειξη σωστής τοποθέτησης προς χρήση).
2. Στην περίπτωση χρήσης AED αυτόματης απινίδωσης να διαθέτει φωνητικό πρωτόκολλο ERC οδηγιών.
3. Εύκολος στη χρήση με ευκρινή κουμπιά επιλογών για γρήγορη αντίδραση του χρήστη
4. Με δυνατότητα monitoring – έγχρωμης οθόνης υψηλής ευκρίνειας και καταγραφής ΗΚΓ (τουλάχιστον 3 απαγωγών) και δεδομένων κυματομορφών απινιδώσεων. Επιθυμητή η δυνατότητα καταγραφής κυματομορφής και μέτρησης περιφερικού κορεσμού Sao2 και μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης με εφαρμογή περιχειρίδας αλλά και οπτικοακουστικών alarm σύμφωνα με όρια των παραμέτρων που έχουν ήδη τεθεί.
5. Να διαθέτει τη δυνατότητα της επιλογής του είδους της απινίδωσης, συγχρονισμένη ή μη συγχρονισμένη-ασύγχρονη.
6. Χειριστήρια – paddles εύκολα αποσπόμενα και με πλήκτρα επιλογής φόρτισης και εκφόρτισης – απινίδωσης επάνω στα χειριστήρια – paddles για εύκολη και γρήγορη δυνατότητα επιλογών.
7. Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης επιθυμητής φόρτισης .
8. Απλός στην χρήση, με απλά συστήματα και πλήκτρα επιλογής παραμέτρων (επιθυμητή η δυνατότητα φωνητικών οδηγιών).
9. Ελαφρύς κατά την μεταφορά (αν απαιτηθεί) αλλά και σε σταθερή βάση (να είναι σταθερός κατά την χρήση του με χωρίς έντονους κραδασμούς) για χρήση εντός του Ιατρείου αλλά να μπορεί και να μεταφερθεί σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης σε άλλο χώρο.
10. Ο χρόνος φόρτισης και επαναφόρτισης για απινίδωση σε μέγιστη ένταση να μην ξεπερνά τα 5 sec. και να έχει τη δυνατότητα καταγραφής – αξιολόγησης της χορηγούμενης απινίδωσης.
11. Να υπάρχει ένδειξη ελέγχου καλής επαφής ηλεκτροδίων και οπτικοακουστική ενημέρωση με alarm ή/και φωνητικές οδηγίες.
12. Να διαθέτει αυτόματο καταγραφικό σύστημα (σε χαρτί και σε μνήμη) παραμέτρων – καταγραφών –

απινιδώσεων και καθημερινού ελέγχου καλής λειτουργίας.

13. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου από 100 έως 240V (50/60Hz) και να διαθέτει υψηλής χωρητικότητας επαναφορτιζόμενη μπαταρία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για πάνω από τουλάχιστον 60 απινιδώσεις εντάσεως τουλάχιστον 270J αξιόπιστα ή και χρόνο απλής παρακολούθησης για τουλάχιστον πάνω από 1 ώρα . Οπτική ή και ακουστική δυνατότητα ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας .
14. Επιθυμητός χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας έως 4 ώρες.
15. Να διαθέτει πιστοποίηση CE για ασφαλή χρήση και να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
16. Επιθυμητός χρόνος εγγύησης μηχανήματος 2 συν 1 έτη συμπεριλαμβανομένων και των ετήσιων ελέγχων - service πιστοποίησης αξιοπιστίας του μηχανήματος και της αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού.
17. Παρελκόμενα: 1 καλώδιο τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας - 1 καλώδιο ΗΚΓ - 1 καλώδιο περιφερικού κορεσμού (SaO2) - από 1 set Pads εξωτερικής αυτόματης απινιδώσης (AED) για ενήλικες και παιδιά.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€ 6.000,00€)**, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, (ήτοι € 6.360,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών & 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προμηθειών.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει **να αποστείλουν:**

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ έως 01/05/2026 και ώρα 12:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αρ. εισήγησης : <209/28338>.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

1) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια από το Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο) την επόμενη εργάσιμη ημέρα **4/05/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται Προσφορές και για τμήματα των προμηθειών.

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: 180 ημέρες.

Διάρκεια Σύμβασης: 3 μήνες

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των προμηθειών στο τηλ. 210 6868130 κ. Γιώργο Μαριδάκη.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ