



**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα  
ΤΗΛ : 210-6834569**

**Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα  
Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ  
Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**Μαρούσι, 17/6/2026  
Αρ.Πρωτ.: 411/21253**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια, δέκα (10) τεμαχίων Αυτόματων Φορητών Απινιδωτών AED για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης"», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ 6%, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας. (εισηγ.411/21253).**

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με απόφαση της 24<sup>ης</sup>/20-05-2026 Θέμα 3.1 συνεδρίασης του Δ.Σ, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια, δέκα (10) τεμαχίων Αυτόματων Φορητών Απινιδωτών AED για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης"» σύμφωνα με:

- Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Την **Κ.Υ.Α. 52445/2023** με την οποία ορίζεται η υποχρέωση για τους προμηθευτές να εκδώσουν και να διαβιβάσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συμβάσεις που θα συνάψουν και θα εκτελεστούν με τη διαδικασία των διαγωνισμών του δημοσίου μετά την 1/6/2024.
- Το υπηρεσιακό σημείωμα **411/21253** του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας του ΟΑΚΑ.
- Τον **ΑΔΑ 00ΑΙΤ0000668/ΡΛΠΕ469Η3Π-ΑΙΘ** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

#### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ AED - ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ**

1. **Φορητός Αυτόματος Απινιδωτής AED** – μηχανήμα ανάνηψης - αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής, διφασικής τεχνολογίας, μικρού μεγέθους και βάρους ( μέγιστο βάρος 3,5 κιλά ).
2. Εύκολος στη μεταφορά. (να διαθέτει λαβή ή και θήκη με λαβή). Να διαθέτει υψηλό βαθμό προστασίας έναντι σκόνης και υγρών IP.
3. Να διαθέτει φωνητικό πρωτόκολλο ERC οδηγιών στα ελληνικά, με σαφή βήματα και ισχυρή ένταση.
4. Να έχει αυτόματη ενεργοποίηση με το άνοιγμα, προ συνδεδεμένα ηλεκτρόδια, και με ευκρινή κουμπιά επιλογών για γρήγορη αντίδραση του χρήστη.
5. Να έχει δυνατότητα χρήσης και σε ενήλικες και σε παιδιά με τα ίδια ηλεκτρόδια – αυτόματη αναγνώριση ηλεκτροδίων με την τοποθέτηση επί του ασθενή
6. Ο χρόνος ανάλυσης και απόκρισης να είναι λιγότερος από 15 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση του (τοποθέτηση ηλεκτροδίων).
7. Ενέργεια αυτόματης απινίδωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο ERC για ενήλικες ( 150J – 200J – 200J) με μέγιστη τα 360 J.
8. Να φορτίζει αυτόματα και να ειδοποιεί τον χρήστη για την εκτέλεση απινίδωσης.
9. Ο χρόνος επαναφόρτισης να μην υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.
10. Ύπαρξη ηχητικού μετρονόμου για την καθοδήγηση του διασώστη στη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.
11. Να διαθέτει αλγόριθμο συνεχούς ανάλυσης αρρυθμιών VF/VT και αναγνώρισης απινιδώσιμων αρρυθμιών, και η απινίδωση να εκτελείται με το πάτημα ενός κουμπιού.
12. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης βηματοδοτικών παλμών.
13. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και να προειδοποιεί με alarm ηχητικό ή / και οπτικό για την καλή λειτουργία

14. Να διαθέτει μπαταρία λιθίου ,μη επαναφορτιζόμενη ,η οποία έχει χρόνο ζωής το ελάχιστο 4 έτη(σε αδράνεια από την ημερομηνία αρχικής παράδοσης) και δυνατότητα τουλάχιστον 120 απινιδώσεων σε πλήρη φόρτιση. Να εμφανίζεται ένδειξη μειωμένης φόρτισης .
15. Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης των χαρακτηριστικών της συσκευής (έλεγχος μπαταρίας κα).
16. Με την αρχική παράδοση του προϊόντος να διατίθενται τα παρακάτω εξαρτήματα :
  - τουλάχιστον από 1 set leds (ενηλίκων -παιδιατρικό ) με ημερομηνία λήψης την μέγιστη από την ημερομηνία παράδοσης
  - μια μπαταρία πλήρως φορτισμένη και με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την μέγιστη .από την ημερομηνία παράδοσης
  - Σετ προετοιμασίας απινίδωσης ( rocket mask – ψαλίδι – ξυράφι - κα)
17. Να διατίθεται εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανήματος για τουλάχιστον 3 έτη από τον κατασκευαστή, συν 1 έτος από την προμηθεύτρια εταιρεία .
18. Παροχή πιστοποιημένου ετήσιου service από την προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση βλάβης και δυνατότητα αντικατάστασης του απινιδωτή έως επισκευής του.
19. Επίδειξη και εκπαίδευση του προσωπικού της λειτουργίας του απινιδωτή κατά την παράδοση, από πιστοποιημένο εκπαιδευτή.
20. Η κατασκευάστριά και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες και να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ( ISO 9001 – ISO 13485 – ISO 14971 ). Να διαθέτει πιστοποίηση CE
21. Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου και επίσηςμο εγχειρίδιο λειτουργίας κατασκευαστή στα ελληνικά ή μέρος αυτού (κατά την υποβολή της προσφοράς ) όπου μπορούν να ανευρεθούν οι παραπομπές του Παραρτήματος Α .
22. Απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση της υποβαλλόμενης λίστας του Παραρτήματος Α. Η μη πλήρης συμπλήρωση της αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
1	<b>Φορητός Αυτόματος Απινιδωτής AED</b> – μηχανήμα ανάνηψης - αντιμετώπισης καρδιακής ανακοπής, διφασικής τεχνολογίας, μικρού μεγέθους και βάρους ( μέγιστο βάρος 3,5 κιλά ).		
2	Εύκολος στη μεταφορά. (να διαθέτει λαβή ή και θήκη με λαβή). Να διαθέτει υψηλό βαθμό προστασίας έναντι σκόνης και υγρών IP.		
3	Να διαθέτει <b>φωνητικό πρωτόκολλο ERC οδηγίων στα ελληνικά</b> με σαφή βήματα και ισχυρή ένταση.		
4	Να έχει αυτόματη ενεργοποίηση με το άνοιγμα ,προ- συνδεδεμένα ηλεκτρόδια , και ευκρινή κουμπιά επιλογών για γρήγορη αντίδραση του χρήστη.		
5	Να έχει <b>δυνατότητα χρήσης και σε ενήλικες και σε παιδιά με τα ίδια ηλεκτρόδια</b> – με αυτόματη αναγνώριση ηλεκτροδίων με την τοποθέτηση επί του ασθενή.		
6	<b>Ο χρόνος ανάλυσης και απόκρισης να είναι λιγότερος από 15 δευτερόλεπτα</b> από την ενεργοποίηση (τοποθέτηση ηλεκτροδίων).		
7	<b>Ενέργεια απινίδωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο ERC για ενήλικες ( 150J – 200J – 200J) με μέγιστη τα 360 J.</b>		
8	Να φορτίζει αυτόματα και να ειδοποιεί τον χρήστη για την εκτέλεση απινίδωσης.		
9	Ο χρόνος επαναφόρτισης να μην υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα		
10	Υπαρξη <b>ηχητικού μετρονόμου</b> για την καθοδήγηση του διασώστη στη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.		
11	<b>Να διαθέτει αλγόριθμο συνεχούς ανάλυσης αρρυθμιών VF/VT και αναγνώρισης απινιδώσιμων αρρυθμιών</b> , και η απινίδωση να εκτελείται με το πάτημα ενός κουμπιού.		
12	Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης βηματοδοτικών παλμών.		
13	Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και να προειδοποιεί με alarm ηχητικό ή / και οπτικό για την καλή λειτουργία.		
14	Να διαθέτει μπαταρία λιθίου , μη επαναφορτιζόμενη ,η οποία έχει χρόνο ζωής το ελάχιστο 4 έτη(σε αδράνεια από την ημερομηνία αρχικής παράδοσης) και δυνατότητα τουλάχιστον 120 απινιδώσεων σε πλήρη φόρτιση. Να εμφανίζεται ένδειξη μειωμένης φόρτισης.		
15	Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης των χαρακτηριστικών της συσκευής (έλεγχος μπαταρίας κα).		
16	Να διαθέτει με την αρχική του παράδοση εκτός από το κυρίως μηχανήμα : a. τουλάχιστον από 1 set leds (ενηλίκων -παιδιατρικό ) με ημερομηνία λήψης την μέγιστη από την ημερομηνία παράδοσης b. μια μπαταρία πλήρως φορτισμένη και με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την μέγιστη από την ημερομηνία παράδοσης c. Επιθυμητή η διάθεση σετ προετοιμασίας απινίδωσης ( rocket mask – ψαλίδι – ξυράφι κα)		
17	Να διατίθεται εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανήματος για τουλάχιστον 3 έτη από τον κατασκευαστή, συν 1 έτος από την προμηθεύτρια εταιρεία .		
18	Παροχή πιστοποιημένου ετήσιου service από την προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση βλάβης και δυνατότητα αντικατάστασης του απινιδωτή έως επισκευής του.		
19	Επίδειξη και εκπαίδευση προσωπικού λειτουργίας του απινιδωτή κατά την παράδοση από πιστοποιημένο εκπαιδευτή.		
20	Η κατασκευάστριά και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες και να κατατεθούν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ( ISO 9001 – ISO 13485 – ISO 14971 ). <b>Να διαθέτει πιστοποίηση CE</b>		
21	Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου και επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας κατασκευαστή (στα ελληνικά) ή μέρος αυτού (κατά την υποβολή της προσφοράς ) όπου μπορούν να ανευρεθούν οι παραπομπές του Παραρτήματος Α		

22	Απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση της υποβαλλόμενης λίστας του Παραρτήματος Α. Η μη πλήρης συμπλήρωση της αποτελεί λόγο αποκλεισμού.		
----	--	--	--

**Προϋπολογισμός:**

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€ 20.000,00€)**, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, (ήτοι € 21.200,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών & 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προμηθειών.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

**Υποβολή Προσφοράς:**

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει **να αποστείλουν:**

**Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ έως 29/06/2026 και ώρα 15:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αρ. εισήγησης : <411/21253>.**

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

**1) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».**

**2) Επίσης, οφείλουν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 400,00 ευρώ.**

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια από το Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο) την επόμενη εργάσιμη ημέρα **30/06/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

**Χρόνος Ισχύος των Προσφορών:** 180 ημέρες.

**Διάρκεια Σύμβασης:** 2 Μήνες

**Πληροφορίες:**

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των υπηρεσιών στο τηλ. 210 6868130 κ. Γιώργος Μαριδάκης.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ