



oaka

26PROC019411387-2026-07-09

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών
"ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ"

ΑΔΑ: 9ΖΡ4469Η3Π-ΧΩ5

Λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1Τ.Κ. 151

23 Μαρούσι Αθήνα

Τηλ.: 210 6834865, 210 6834522

Email: general@oaka.gr, info@oaka.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα
ΤΗΛ : 210-6834569

Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα
Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μαρούσι, 9/7/2026
Αρ.Πρωτ.:209/28338

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια Σταθερού Απινιδωτή με δυνατότητα Χειροκίνητης και Αυτόματης Ρύθμισης για το Ιατρείο του ΕΚΑΕ του ΟΑΚΑ 'Σπύρος Λούης'», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 6.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας. (εισηγ.209/28338).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με απόφαση της 16^{ης}/26-02-2026 Θέμα 3.1 συνεδρίασης του Δ.Σ, προσκαλεί τους παραπάνω Οικ. Φορείς, να καταθέσουν ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια Σταθερού Απινιδωτή με δυνατότητα Χειροκίνητης και Αυτόματης Ρύθμισης για το Ιατρείο του ΕΚΑΕ του ΟΑΚΑ 'Σπύρος Λούης'» σύμφωνα με:

- Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Την **Κ.Υ.Α. 52445/2023** με την οποία ορίζεται η υποχρέωση για τους προμηθευτές να εκδώσουν και να διαβιβάσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συμβάσεις που θα συνάψουν και θα εκτελεστούν με τη διαδικασία των διαγωνισμών του δημοσίου μετά την 1/6/2024.
- Το υπηρεσιακό σημείωμα **209/28338** του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας του ΟΑΚΑ.
- Τον **ΑΔΑ 00ΑΙΤ0000398/ΡΒ53469Η3Π-027** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. **Επιτραπέζιος , φορητός απινιδωτής – monitor** (μηχανήμα ανάνηψης) **διφασικής τεχνολογίας** με δυνατότητα χειροκίνητης (manual) και αυτόματης ρύθμισης (AED) , **κλιμακούμενης ενέργειας σε Joules από 10 έως και 360.**
2. **Δυνατότητα χρήσης σε ενήλικες και παιδιά** με αντίστοιχα ηλεκτρόδια αυτόματης απινίδωσης ,που τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα. Ύπαρξη μιας απλής υποδοχής τοποθέτησης των ηλεκτροδίων με ένδειξη σωστής τοποθέτησης τους ,προς χρήση – αυτόματη αναγνώριση ηλεκτροδίων .
3. Να είναι συμπαγής και **το βάρος της συσκευής να μην υπερβαίνει τα 6 κιλά .**
4. **Σε ρύθμιση AED**, αυτόματης απινίδωσης, **να διαθέτει φωνητικό πρωτόκολλο οδηγιών Κάρδιο - ανάταξης στα ελληνικά και αγγλικά (με επιλογή του χρήστη).**
5. Να απεικονίζεται στην οθόνη η διαθέσιμη ενέργεια χορήγησης κάθε απινίδωσης και εμφάνιση μηνύματος (οπτικού ή / και ακουστικού) ότι η ενέργεια χορηγήθηκε επιτυχώς .
6. Σε AED χρήση, να διαθέτει μετρονόμο και δυνατότητα καταγραφής χρόνου κατά την διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.
7. **Χειριστήρια – paddles** εύκολα αποσπόμενα και **με πλήκτρα επιλογής φόρτισης και εκφόρτισης** – απινίδωσης επάνω στα χειριστήρια – paddles , για εύκολη και γρήγορη δυνατότητα επιλογών.
8. **Δυνατότητα επιλογής του είδους της απινίδωσης**, (συγχρονισμένη ή μη συγχρονισμένη)
9. **Ένδειξη ελέγχου καλής επαφής ηλεκτροδίων** και οπτικοακουστική ενημέρωση με alarm και φωνητικές οδηγίες.
10. **Ο χρόνος φόρτισης και επαναφόρτισης για απινίδωση, σε μέγιστη ένταση (360J) να μην ξεπερνά τα 10 sec.** και να έχει τη δυνατότητα καταγραφής – αξιολόγησης της χορηγούμενης απινίδωσης (καταγραφή δεδομένων κυματομορφών απινιδώσεων). Άμεση ανάκτηση ΗΚΓ.
11. Ένδειξη κατά την φόρτιση - ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης επιθυμητής φόρτισης – απεικόνιση διαθέσιμης ενέργειας στην οθόνη.
12. Δυνατότητα αφόπλισης φορτίου είτε αυτόματα είτε με επιλογή του χρήστη χειροκίνητα .

13. **Έγχρωμη οθόνη - monitoring** ,τουλάχιστον 6 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας και καταγραφής ΗΚΓ (τουλάχιστον 2 απαγωγών) μέσω ειδικού καλωδίου καθώς και απευθείας μέσω των Paddles / αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων , ορατή από κάθε γωνία .
14. Δυνατότητα καταγραφής κυματομορφής και μέτρησης περιφερικού κορεσμού SaO_2 και μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, (με εφαρμογή περιχειρίδας) και οπτικοακουστικών alarm
15. **Αυτόματος καθημερινός αυτοέλεγχος κυκλωμάτων και μπαταρίας με οπτική ένδειξη ετοιμότητας λειτουργίας.**
16. Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο καταγραφικό σύστημα (σε χαρτί και σε μνήμη) παραμέτρων – καταγραφών – απινιδώσεων και καθημερινού ελέγχου καλής λειτουργίας .
17. Ενσωματωμένη ψηφιακή μνήμη καταγραφής και αποθήκευσης όλων των συμβάντων .
18. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου από 100 έως 240V (50/60Hz).
19. Να διαθέτει **υψηλής χωρητικότητας επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου** ,ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για τουλάχιστον 80 απινιδώσεις, εντάσεως τουλάχιστον 270 Joules. Χρόνος απλής παρακολούθησης για τουλάχιστον 2 ώρες . (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
20. Οπτική και ακουστική δυνατότητα ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας .
21. Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης μπαταρίας έως 4 ώρες .
22. **Να διαθέτει πιστοποίηση CE** για ασφαλή χρήση και να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές .
23. **Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφάλειας ποιότητας και απόδοσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού** (ISO 9001) - (ISO 13485) – (ISO 14971) – (IEC 60601 -2-3) - (IEC 62353) και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης **ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./13484/2004**.
24. Χρόνος εγγύησης μηχανήματος 2 έτη (με δυνατότητα επέκτασης 1 έτος από την προμηθεύτρια Εταιρεία) συμπεριλαμβανομένων και των ετήσιων ελέγχων - service πιστοποίησης ,αξιοπιστίας του μηχανήματος και της αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού.
25. **Η προσφορά να περιλαμβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου και το πλήρες επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας** του κατασκευαστή (στα ελληνικά ή αγγλικά).
26. **Η προσφορά να συνοδεύεται από τα εξής παρελκόμενα :** 1 καλώδιο τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας – 1 μπαταρία λιθίου -1 καλώδιο ΗΚΓ - 1 καλώδιο περιφερικού κορεσμού (SaO_2) - 1 καλώδιο μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης με περιχειρίδα - από 1 set Pads εξωτερικής αυτόματης απινιδώσης (AED) για ενήλικες και παιδιά .
27. Για απόδειξη της καταλληλότητας - αξιοπιστίας του προσφερόμενου προϊόντος, να προσκομιστεί , ψηφιακά υπογεγραμμένη, Υπεύθυνη Βεβαίωση του Οικονομικού φορέα για την προμήθεια του προσφερόμενου προϊόντος σε μεγάλες Υγειονομικές Δομές - Νοσοκομεία για τα έτη 2024-2026 (να αναφέρονται στοιχεία για τουλάχιστον 2 προμήθειες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
1	Επιτραπέζιος , φορητός απινιδωτής – monitor (μηχανήμα ανάνηψης) διαστικής τεχνολογίας με δυνατότητα χειροκίνητης (manual) και αυτόματης ρύθμισης (AED) , κλιμακούμενης ενέργειας σε Joules από 10 έως και 360.		
2	Δυνατότητα χρήσης σε ενήλικες και παιδιά με αντίστοιχα ηλεκτρόδια αυτόματης απινιδώσης ,που τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα. Ύπαρξη μιας απλής υποδοχής τοποθέτησης των ηλεκτροδίων με ένδειξη σωστής τοποθέτησης τους - προς χρήση – αυτόματη αναγνώριση ηλεκτροδίων).		
3	Να είναι συμπαγής και το βάρος της συσκευής να μην υπερβαίνει τα 6 κιλά .		
4	Σε ρύθμιση AED , αυτόματης απινιδώσης, να διαθέτει φωνητικό πρωτόκολλο οδηγιών Κάρδιο - ανάταξης στα ελληνικά και αγγλικά (με επιλογή του χρήστη).		
5	Να απεικονίζεται στην οθόνη η διαθέσιμη ενέργεια χορήγησης κάθε απινιδώσης και εμφάνιση μηνύματος (οπτικού ή/και ακουστικού) ότι η ενέργεια χορηγήθηκε επιτυχώς.		
6	Σε AED χρήση, να διαθέτει μετρονόμο και δυνατότητα καταγραφής χρόνου κατά την διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
7	Χειριστήρια – paddles εύκολα αποσπώμενα και με πλήκτρα επιλογής φόρτισης και εκφόρτισης – απινίδωσης, επάνω στα χειριστήρια – paddles , για εύκολη και γρήγορη δυνατότητα επιλογών		
8	Δυνατότητα επιλογής του είδους της απινίδωσης, (συγχρονισμένη ή μη συγχρονισμένη)		
9	Ένδειξη ελέγχου καλής επαφής ηλεκτροδίων και οπτικοακουστική ενημέρωση με alarm και φωνητικές οδηγίες.		
10	Ο χρόνος φόρτισης και επαναφόρτισης για απινίδωση, σε μέγιστη ένταση (360J) να μην ξεπερνά τα 10 sec. και να έχει τη δυνατότητα καταγραφής-αξιολόγησης της χορηγούμενης απινίδωσης.(καταγραφή δεδομένων κυματομορφών απινιδώσεων). Άμεση ανάκτηση ΗΚΓ .		
11	Ένδειξη κατά την φόρτιση - ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης επιθυμητής φόρτισης – απεικόνιση διαθέσιμης ενέργειας στην οθόνη.		
12	Δυνατότητα αφόπλισης φορτίου είτε αυτόματα είτε με επιλογή του χρήστη χειροκίνητα.		
13	Έγχρωμη οθόνη - monitoring ,τουλάχιστον 6 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας και καταγραφής ΗΚΓ (τουλάχιστον 2 απαγωγών) μέσω ειδικού καλωδίου καθώς και απευθείας μέσω των Paddles / αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων , ορατή από κάθε γωνία .		
14	Δυνατότητα καταγραφής κυματομορφής και μέτρησης περιφερικού κορεσμού SaO_2 και μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, (με εφαρμογή περιχειρίδας) και οπτικοακουστικών alarm.		
15	Αυτόματος καθημερινός αυτοέλεγχος κυκλωμάτων και μπαταρίας με οπτική ένδειξη ετοιμότητας λειτουργίας.		
16	Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο καταγραφικό σύστημα (σε χαρτί και σε μνήμη) παραμέτρων – καταγραφών – απινιδώσεων και καθημερινού ελέγχου καλής λειτουργίας		
17	Ενσωματωμένη ψηφιακή μνήμη καταγραφής και αποθήκευσης όλων των συμβάντων .		
18	Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου από 100 έως 240V (50/60Hz).		
19	Να διαθέτει υψηλής χωρητικότητας επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για πάνω από τουλάχιστον 80 απινιδώσεις εντάσεως τουλάχιστον 270Joules .Χρόνο απλής παρακολούθησης για τουλάχιστον από 2 ώρες (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία)		
20	Οπτική και ακουστική δυνατότητα ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας.		
21	Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης μπαταρίας έως 4 ώρες		
22	Να διαθέτει πιστοποίηση CE για ασφαλή χρήση και να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές .		
23	Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφάλειας ποιότητας και απόδοσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ISO 9001) - (ISO 13485) – (ISO 14971) – (IEC 60601 -2-3) - (IEC 62353) και να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./13484/2004 .		
24	Χρόνος εγγύησης μηχανήματος 2 έτη (με δυνατότητα επέκτασης 1 έτος από την προμηθεύτρια Εταιρεία) συμπεριλαμβανομένων και των ετήσιων ελέγχων - service πιστοποίησης αξιοπιστίας του μηχανήματος και της αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού .		
25	Η προσφορά να περιλαμβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου και επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή (στα ελληνικά ή αγγλικά).		
26	Η προσφορά να συνοδεύεται από τα εξής παρελκόμενα : 1 καλώδιο τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας – 1 μπαταρία λιθίου - 1 καλώδιο ΗΚΓ - 1 καλώδιο περιφερικού κορεσμού (SaO_2) - 1 καλώδιο μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης με περιχειρίδα - από 1 set Pads εξωτερικής αυτόματης απινίδωσης (AED) για ενήλικες και παιδιά .		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α			
27	Για απόδειξη της καταλληλότητας - αξιοπιστίας του προσφερόμενου προϊόντος, να προσκομιστεί , ψηφιακά υπογεγραμμένη, Υπεύθυνη Βεβαίωση του Οικονομικού φορέα για την προμήθεια του προσφερόμενου προϊόντος σε μεγάλες Υγειονομικές Δομές - Νοσοκομεία για τα έτη 2024-2026 (να αναφέρονται στοιχεία για τουλάχιστον 2 προμήθειες).		

Απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση της υποβαλλόμενης λίστας του Παραρτήματος Α. Η μη πλήρης συμπλήρωση της αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (€ 6.000,00€)**, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, (ήτοι € 6.360,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών & 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προμηθειών.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει **να αποστείλουν:**

Τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο **Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ** έως **20/07/2026 και ώρα 12:00**. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ** ο αρ. εισήγησης : **<209/28338>**.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

1) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια από το Τμήμα Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο) την επόμενη εργάσιμη ημέρα **21/07/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: 180 ημέρες.

Διάρκεια Σύμβασης: 3 μήνες

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των προμηθειών στο τηλ. 210 6868130 κ. Γιώργος Μαριδάκης.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ